

ПДО №57-ДО-2021

ЗП1101456

Поступивший запрос контрагента

Добрый день. Допустимо ли использование шкалы измерения по сероводороду в ppm? Пороги срабатывания будут соответствовать порогам в мг/м³. Время зарядки аккумулятора указано 3 часа. Это не ошибка? Обычно 4-6 часов.

Ответ инициатора закупки

1. Использование шкалы измерения по сероводороду в единицах ppm (partes per million) не допустимо. Индикация единиц измерения по сероводороду должна представляться в единицах мг/м³.
2. Указанное в Форме 5 «Требования к предмету фертты» значение «Время зарядки» 3 часа не является ошибкой. Однако, в рамках ПДО №57-ДО-2021, мы готовы рассматривать предложения в которых данный параметр «Время зарядки» не будет превышать значение 5 часов (при нормальных режимах зарядки).