

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
С.И.Кравец
«03» июль 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение комплекта термопары печи для хроматографа модели PGC-2007
установки Л-24/6

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Комплект термопары печи в составе хроматографа модели PGC-2007 предназначен для измерения температуры в печи и передачи сигнала пропорционального измеренной температуре в контроллер. Комплект термопары устанавливается в хроматограф модели PGC-2007 взамен вышедшего из строя комплекта термопары.

Код заказа вышедшего из строя комплекта термопары 807K004-1

Код заказа приобретаемого комплекта термопары 807K004-1

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Тип измерения – тип «К»
- диапазон измерения температуры – (-200 - +1300)°C
- Максимальная погрешность измерения – не более 0,75%
- Материал – хромель-алюмель

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

1014964 л. 160