

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
С.И.Кравец
«03» *мая* 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение термопары для анализатора серы модели ANTEK 6200S
установки УГОБ

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термопара в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначена для измерения температуры в камере окисления продуктов стандартной дозы бензина и передачи сигнала пропорционального измеренной температуре в контроллер анализатора. Термопара устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшей из строя термопары.


Код заказа вышедшей из строя термопары 86008

Код заказа приобретаемой термопары 86008

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Тип измерения – тип “К”
- Диапазон измерения температуры – (-200 - +1370)°C
- Максимальная погрешность измерения – не более 0,75%
- Материал – хромель- алюмель

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014964 и. 250