




УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«»  2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора для портативных газоанализаторов
модели Orion Plus лаборатории цеха №22

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор в составе портативного газоанализатора модели Orion Plus предназначен для непрерывного определения содержания диоксида серы в воздухе установок и звуковой сигнализации при достижении заданного значения порога срабатывания. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Orion Plus взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора SO2-AF.

Код заказа приобретаемого сенсора SO2-AF.


2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-20 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки
- Время срабатывания (t_{90}) менее 25 секунд
- Температурный диапазон -30 ... 40 °C
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.А. Чернецкий
А.В. Григорьев

 В.Б. Мишин

11014964 п. 200