

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
С.И.Кравец
«03» мая 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение трубки твердой с нагревательным элементом для хроматографа модели PGC-2007 установки Л-24/6

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Трубка твердая с нагревательным элементом в составе хроматографа модели PGC-2007 предназначена для нагрева термостатируемой печи до температуры 950°C. Трубка твердая с нагревательным элементом устанавливается в хроматограф модели PGC-2007 взамен вышедшей из строя трубы твердой с нагревательным элементом.

Код заказа вышедшей из строя трубы твердой с нагревательным элементом 3617496-1

Код заказа приобретаемой трубы твердой с нагревательным элементом 3617496-1

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Напряжение питания – переменное 220В
- Рабочая температура - 950°C
- Материал корпуса– керамика
- Материал нагревательного элемента - никром

Начальник цеха № 15



А. В. Григорьев

11014964 п. 150