

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный метролог  
С.И. Кравец  
«10» 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение мембранных осушителей для анализатора серы  
модели ANTEK 6200S установки ЛЧ-24/7

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Мембранный осушитель в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления содержания серы в дизельном топливе. Мембранный осушитель устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшего из строя мембранных осушителей.

Код заказа вышедшего из строя мембранных осушителей 70058.

Код заказа приобретаемого мембранных осушителя 70058.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Удаление влаги в анализируемом продукте после процесса пиролиза
- Материал корпуса – пластик
- Наружный диаметр выводов для присоединения  $\frac{1}{8}$  "

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 n. 70