

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный метролог  
*С.И. Кравец* С.И. Кравец  
«14» 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение 2-х канальной измерительной платы для стационарных газоаналитических систем модели СГАЭС-ТГМ установки УПС

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

2-х канальная измерительная плата в составе стационарной газоаналитической системы модели СГАЭС-ТГМ предназначена для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установки. 2-х канальная измерительная плата устанавливается в газоаналитическую систему модели СГАЭС-ТГМ взамен вышедшей из строя 2-х канальной измерительной платы.

Код заказа вышедшей из строя 2-х канальной измерительной платы:  
758725.012-02/ 411218.004-03.

Код заказа приобретаемой 2-х канальной измерительной платы:  
758725.012-02/ 411218.004-03.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Наличие памяти EEPROM для хранения настроек платы
- Встроенная функция самодиагностики платы
- Наличие входа для 3-проводных измерительных датчиков
- Наличие выходов для 2-х сигнальных реле ПОРОГ1, ПОРОГ2
- Наличие выхода – повторитель 4-20 мА

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

№ 373295  
11014956 л. 140, 330