

УТВЕРЖДАЮ  
Главный метролог  
С.И.Кравец  
«03» мая 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение УФ лампы анализатора серы модели ANTEK 6200S  
установки УГОБ

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

УФ лампа в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначена для создания источника ультрафиолетового излучения необходимого для реализации принципа пиро-флюoresцентного обнаружения серы в дозе бензина, реализованного в анализаторе. УФ лампа устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшей из строя УФ лампы.

Код заказа вышедшей из строя УФ лампы 71097-2

Код заказа приобретаемой УФ лампы 71097-2

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Напряжение питания – 600 В
- Диапазон излучаемого света - ультрафиолет
- Материал – кварцевое стекло
- тип лампы – ВНК - лампа или UVP- лампа

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

1014964 л. 260