

УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

С.И. Кравец
« 14 » 12 2017г.

С.И. Кравец

2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора кислорода
для стационарных газоанализаторов модели DM-700 азотных установок

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор кислорода в составе стационарного газоанализатора модели DM -700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания кислорода в воздухе азотных установок. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели DM -700 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 377-343400-025.

Код заказа приобретаемого сенсора 377-343400-025.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-25 % об.
- Измеряемая среда: воздух помещений
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014964 п. 90