

УТВЕРЖДАЮ  
Главный метролог  
С.И.Кравец  
«03» мая 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение комплекта кольцевого уплотнения  
для крана жидкостных проб хроматографа модели PGC-2000  
установки КР-600

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Комплект кольцевого уплотнения для крана жидкостных проб в составе хроматографа модели PGC-2000 предназначен для замены уплотнителей при ремонте и техническом обслуживании крана жидкостных проб. Комплект кольцевого уплотнения для крана жидкостных проб устанавливается в хроматограф модели PGC-2000 взамен вышедшего из строя комплекта кольцевого уплотнения для крана жидкостных проб.

Код заказа вышедшего из строя комплекта кольцевого уплотнения для крана жидкостных проб – 791K003N-1

Код заказа приобретаемого комплекта кольцевого уплотнения для крана жидкостных проб – 791K003N-1

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Тип продукта – жидкость (бензин)
- Рабочая температура - 110°C
- Материал – бензостойкая резина

Начальник цеха № 15

  
А.В. Григорьев

11014954 л. 110