

УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

*Сергей*  
«19» 12

С.И. Кравец  
2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов  
для стационарных газоанализаторов модели DM-700 установки МТБЭ

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели DM -700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК метанола в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели DM -700 взамен вышедшего из строя сенсора.


Код заказа вышедшего из строя сенсора 377-12EE00-100.

Код заказа приобретаемого сенсора 377-12EE00-100.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-100 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие метанола)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

1014964 п. 140