

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
С.И.Кравец
«ФЗ» май 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение клапана M2CP для хроматографа модели PGC-2000
установки KP-600

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Клапан M2CP в составе хроматографа модели PGC-2000 предназначен для переключения режима работы хроматографической колонки (режим измерения переключается в режим обратной продувки и обратно). Клапан M2CP устанавливается в хроматограф модели PGC-2000 взамен вышедшего из строя клапана M2CP.

Код заказа вышедшего из строя клапана M2CP - 754A001D-111000

Код заказа приобретаемого клапана M2CP - 754A001D-111000

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Тип продукта – газ
- Тип клапана – 10-ти портовый двухпозиционный
- Газ носитель – азот
- Рабочая температура - 110°C
- Материал – нержавеющая сталь
- Управление клапаном – сжатый воздух

Начальник цеха № 15



А. В. Григорьев

11014964 л. 100