

УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

С.И. Кравец
«14» 12

С.И. Кравец
2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов
для стационарных газоанализаторов модели АРЕХ установки УПС

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели АРЕХ предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели АРЕХ взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 2110B3230.

Код заказа приобретаемого сенсора 2110B3230.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-20 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие сероводорода)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15

А.В. Григорьев

~ 373220
11014956 n. 340