

ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль
Установка ЭЛОУ-АТ (электрообессоливающая установка - атмосферная трубчатка)
OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
ELOU-AT UNIT (crude desalter - crude atmospheric distillation unit)

ELOU-AT UNIT (crude desalter - crude atmospheric distillation unit)	
Изм. / Rev.	Лист / Page
1	29
2	30
3	31
4	32
5	33
6	34
7	35
8	36
9	37
10	38
11	39
12	40
13	41
14	42
15	43
16	44
17	45
18	46
19	47
20	48
21	49
22	50
23	51
24	52
25	53
26	54
27	55
28	56

Ревизии / *Revisions*

Согласовано / *Adjusted*

УТВ. / Appr. by

6877-45.1

60257(2)-36/2-ATX-04-ОЛ-45.1
60257(2)-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)

				60257(2)-36/2-АТХ-04-ОЛ-45.1 60257(2)-36/2-АТХ-04-SP-45.1 (*)		
Утверждил <i>Approved by</i> нач. отдела <i>Chef of depart</i> Проверил <i>Checked by</i> исполнитель <i>Writer</i>	B. Kholodyakov  A. Tsvetkov  I. Vasiliev  N. Rozaev 	01.08 01.08 01.08 01.08	pH-метр pH-meter	Стадия/Stage P НЕФТЕХИМПРОЕКТ <hr/> NEFTECHIMPROJEKT	Лист / Page 1 8	Листов / Amount

1. УСТАНОВКА.

Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов для установки ЭЛОУ-АТ (электрообессоливающая установка - атмосферная трубчатка) ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.

UNIT.

The present specification defines the supply of instruments and supplementary materials for ELOU-AT UNIT (crude desalter - crude atmospheric distillation unit) OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.

2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ.**ТЕМПЕРАТУРА.**

Абсолютная максимальная - +37 °C

Абсолютная минимальная - -46 °C

Средняя температура наиболее теплого месяца - +23,2 °C

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -34 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ.

Наиболее теплого месяца - 74 %

Наиболее холодного месяца - 83 %

CLIMATIC CONDITIONS.**TEMPERATURE.**

Absolute maximum - +37 °C

Absolute minimum - -46 °C

Average of the hottest month - +23,2 °C

Average of the five coldest days - -34 °C

RELATIVE HUMIDITY.

The hottest month - 74%

The coldest month - 83%

3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА.

Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

PAINTING.

The colour of the articles supplied shall be according to supplier's standards.

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Каждый прибор должен поставляться с техническим паспортом. Содержание технического паспорта и требования к документации указаны

в 60257(2)-36/2-АТХ-04-ОЛ-00 "Требования к документации Поставщика."

Перечень документов Поставщика содержится в 60257(2)-36/2-АТХ-04-ЗТП-45.1 "Запрос на техническое предложение"

TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION

The each instruments must be supplied with technical passport. The contents of technical passport and requirements for technical documentation see

60257(2)-36/2-АТХ-04-SP-00 "Requirements for suppliers technical documentation".

List of documents required from the supplier see 60257(2)-36/2-АТХ-04-ITP-45.1

"Inquiry for technical proposal"

рН-метр <i>pH-meter</i>	60257-36/2-АТХ-04-ОЛ-45.1 60257-36/2-АТХ-04-SP-45.1 (*)	ЛИСТ <i>PAGE</i> 2	ИЗМ. <i>REV.</i>
----------------------------	--	--------------------------	---------------------

5. ПОСТАВКА.

Эта спецификация охватывает поставку pH-метра для замера кислотности воды, в том числе:

- местный измерительный зонд
- измерительная электроника по месту в обогреваемом шкафу
- соединительный кабель для зонда
- вспомогательное оборудование для технического обслуживания (если необходимо),

SUPPLY.

Herein specification includes the supply of pH-meter for water acidity, as follow:

- local measuring sensor
- separated in the heating cabinets measuring electronic devices
- sensor connection cable
- auxiliary devices for technical service (if necessary),

6. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рабочие характеристики pH-метра должны быть идентичными или выше указанных в спецификации.

Поставщик должен четко указать все несоответствия данной спецификации.

OPERATION CHARACTERISTICS.

Operation characteristics of pH-meter should be equal or exceed the ones given in the present specefication.

Manufacturer should exactly indicate all the items that would not correspond to the present specification.

7. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ. САЛЬНИКИ.

Один или несколько кабелей, необходимых для соединения между собой аналитической и электронной частей должны быть четко определены Поставщиком анализатора :

- тип,
- сечение,
- допустимая длина.

Кабели будут экранированные.

pH-метр
pH-meter

60257-36/2-ATX-04-ОЛ-45.1

60257-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)

ЛИСТ PAGE	ИЗМ. REV.
3	

CONNECTING CABLES. CABLE GLANDS.

One or several cables between analytical and electronic parts should be exactly specified by the Supplier of analyzers :

- type,
- cross section,
- available length.

Cables shall be shielded

8. МАРКИРОВКА.

pH-метр будет иметь свою позицию. Стандартные обозначения будут включать в себя, как минимум, следующую информацию :

- наименование изготовителя,
- номер модели,
- номер серии,
- электропитание : напряжение, частота, мощность,
- исполнение по взрывозащите.

Все детали или подкомплекты, относящиеся к одному и тому же оборудованию, будут иметь маркировочную бирку из нержавеющей стали с маркировкой и подмаркировкой (при необходимости).

Должна иметь маркировку каждая из запасных частей.

MARKING.

pH-meter shall be tag numbered. Standard designations shall include as minimum the following information :

- Manufacturer's name,
- model number,
- series number,
- power supply : voltage, frequency, consumption.
- explosion-proof marking.

All details or subsets concerning to the same equipment shall have stainless steel label with marking and submarking (if necessary).

Every spare part shall be marked.

pH-метр
pH-meter

60257-36/2-ATX-04-ОЛ-45.1

60257-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)

ЛИСТ
PAGE 4
ИЗМ
REV.

9. ОБОГРЕВАЕМЫЙ ШКАФ
HEATING CABINET

Шкаф должен удовлетворять следующим требованиям:
Heating cabinet should be correspond with following:

1. Шкаф из прессованного полиэстера, армированного стекловолокном (1шт).
Герметичность - IP54 mini.

Теплоизоляция с покрытием алюминиевой фольгой.
Включительно:

- штатив для крепления прибора Ду50 (1шт);
- вертикальные и горизонтальные монтажные рельсы (1комплект);
- скоба для крепления шкафа на трубу Ду50 (2шт.).

1. *Enclosure from hot pressed glassfibre reinforced material (1piece).*
Weather-proof - IP54 mini.

Heat insulation with a coverage by an aluminium foil.
Inclusive:

- support for installation of the device DN50 (1piece);
- vertical and horizontal rails (1set);
- bracket for mounting enclosure on pipe DN50 (2 pieces).

2. Клеммная коробка для подключения электрооборудования (1шт).
Герметичность - IP54 mini.

Кол-во клемм - 8 шт.

2. *Terminal box for electrical equipment hook up (1 piece).*
Weather-proof - IP54 mini.

Number of terminals - 8.

3. Соединительный кабель 3x1,0. (1м).

3. *Connecting cable 3x1,0. (1m).*

4. Электрический нагреватель. 60W/230V. Тип взрывозащиты - EEx ed IIC T3.
С терmostатом для регулировки работы. Установка на +10°C.

4. *Electric heater. 60W/230V. Explosion-proof - EEx ed IIC T3.*
With thermostat for adjustment. Setting +10°C.

5. Сальник для заделки кабеля (4 шт.).

5. *Cable input (4 pieces).*

pH-метр
pH-meter

60257-36/2-ATX-04-ОЛ-45.1

60257-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)

ЛИСТ
PAGE

5

ИЗМ
REV.


6. Концевик для заделки кабеля (2 шт.).
6. *Cable lug (2 pieces).*
7. Кабельный сальник Ø10...14 мм (3 шт.).
7. *Cable gland Ø10...14 mm (3 piece).*

рН-метр
pH-meter

60257-36/2-АТХ-04-ОЛ-45.1

60257-36/2-АТХ-04-SP-45.1 (*)

ЛИСТ
PAGE
6
ИЗМ.
REV.

9. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ.
PROCESS CONNECTION.

Комплект поставки должен включать: приборы согласно ОЛ, паспорта на приборы, сведения о содержании драгметаллов, протоколы испытаний.

The complete set of supply shall include: the instruments according to specification, passports (certification) on the instruments supplied, data on precious metals content, test reports.

рН-метр
pH-meter

60257-36/2-ATX-04-ОЛ-45.1

60257-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)

ЛИСТ
PAGE
7
ИЗМ
REV

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKTОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATIONОЛ
SP

1 НОМЕР СХЕМЫ P&D REFERENCE	ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ORDER №	002/27	1	ИЗМ. REV.
2 ПОЗИЦИЯ TAG NUMBER	КОЛИЧЕСТВО QUANTITY	AT 001	1	
3 Ø ЛИНИИ (mm) LINE	НОМЕР ЛИНИИ LINE NUMBER	КЛАСС ТРУБОПРОВОДОВ PIPING CLASS	50	SCS-1006
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PHYSICAL CHARACTERISTICS				
5 ДАВЛЕНИЕ PRESSURE	РАБОЧЕЕ OPERATING	РАСЧЕТНОЕ DESIGN	kg.f / cm ²	4,0
6 ТЕМПЕРАТУРА TEMPERATURE	РАБОЧАЯ OPERATING	РАСЧЕТНАЯ DESIGN	°C	50
7 ПЛОТНОСТЬ ДО КЛАПАНА ПРИ ТАР РАБОЧИХ SPECIFIC GRAVITY AT T & P OPERATING			kg / m ³	988,0
8 ВЯЗКОСТЬ ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ VISCOSITY AT OPERATING CONDITIONS			sSt	0,544
9 СКОРОСТЬ ПОТОКА FLOWRATE			m / s	0,87
СОСТАВ ПРОБЫ COMPOSITION OF SAMPLE				
11 H ₂ O	% (mass)			100
12 H ₂ S	ppm			<506
13 CLORIDE	ppm			<11
14	°C			
КОНСТРУКЦИЯ CONSTRUCTION				
ДАЧИК SENSOR			СМОТРИ РИСУНОК / SEE SCETCH	
18 МАТЕРИАЛ MATERIAL	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД MEASURING ELECTRODE		(1)	
19	КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД MONITORING ELECTRODE		(1)	
20	КОРПУС BODY		(1)	
21 КОНСТРУКЦИЯ ДАЧИКА СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ, КОНТРОЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ И ДАЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ BUILT-IN MEASURING ELECTRODE, TESTING ELECTRODE TEMPERATURE SENSOR		ДА YES	<input checked="" type="checkbox"/>	НЕТ NO
22			<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
23 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ PROCESS CONNECTION		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
24 УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА ДАЧИКА БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОЦЕССА FLOAT UP DESIGN		ДА YES	<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
25 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ PROCESS CONNECTION		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
26 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ELECTRIC		ДА YES	<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
27 БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ДАЧИКА QUICK INSTALL CONNECTION		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
28 ДЛИНА КАБЕЛЯ ДАЧИКА SENSOR CABLE LENGTH		ДА YES	<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
29 УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОДА ELECTRODE CLEANING DEVICE		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
30 ТИП УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОДА ELECTRODE CLEANING DEVICE TYPE		ДА YES	<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
31	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ TRANSMITTER	3/4" NPT-M		
32 ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР BUILT - IN INDICATOR		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
33 ТИП TYPE		ЭЛЕКТРОННЫЙ ELECTRONIC	<input checked="" type="checkbox"/>	ИНТЕЛЛЕКТ. SMART
34 САМОДИАГНОСТИКА SELF-DIAGNOSIS		ДА YES	<input type="checkbox"/>	НЕТ NO
35 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ OUTPUT SIGNAL		4 - 20 mA	<input type="checkbox"/>	(1) <input type="checkbox"/>
36 ТИТАНИЕ SUPPLY		24V DC from DCS		
37 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CONNECTION DIAGRAM		2 - x ПРОВОДНАЯ 2 WIRES	<input checked="" type="checkbox"/>	4 - x ПРОВОДНАЯ 4 WIRES
38 ШКАЛА MEASURING RANGE	ТОЧНОСТЬ ACCURACY	0...10		at least ±1,0%
39 ТИП УСТАНОВКИ INSTALLATION TYPE		В ОТБОРЕВАЕМЫЙ ШКАФ ON THE HEATING CABINET	<input checked="" type="checkbox"/>	НА ТРУБУ ON THE PIPE
40 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ELECTRICAL DEVICES WEATHER PROOF				IP54 min
41 ТИП ВЗРЫВОЗАЩИТЫ EXPLOSION PROOF				EEx i IIC T4
42 ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES:	1 - УТОЧНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ WILL BE PRECISED BY VENDOR			
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52 ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER				
53	pH-метр pH-meter	60257-36/2-ATX-04-OJ-45.1	ЛИСТ PAGE	ИЗМ. REV.
		60257-36/2-ATX-04-SP-45.1 (*)	8	