

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный метролог  
*Сергей* С.И. Кравец  
«19» 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокаталитического сенсора горючих газов  
для стационарных газоанализаторов модели Polytron 5200 установок ЛГ-35/11. УПМ-III

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокаталитический сенсор горючих газов в составе стационарного газоанализатора модели Polytron 5200 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания взрывоопасного газа (водорода) в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Polytron 5200 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора Drager Sensor Ex DD 0-100% LEL.

Код заказа приобретаемого сенсора Drager Sensor Ex DD 0-100% LEL.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-100 %НКПР
- Измеряемая среда: взрывоопасные газы (водород)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 n. 240