


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«14» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение трубки подачи образца в комплекте с уплотнителем для анализатора серы модели ANTEK 6200S установок ЛЧ-24/7, УГОБ

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Трубка подачи образца в комплекте с уплотнителем в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначена для непрерывного определения и передачи в систему управления содержания серы в дизельном топливе, бензине. Трубка подачи образца в комплекте с уплотнителем устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшей из строя трубки подачи образца в комплекте с уплотнителем.

Код заказа вышедшей из строя трубки подачи образца 31065-6.75, уплотнителя 30334.

Код заказа приобретаемой трубки подачи образца 31065-6.75, уплотнителя 30334.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Внутренний диаметр трубки 0.5 мм
- Наружный диаметр трубки для присоединения 1/8"
- Материал – нержавеющая сталь

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 п. 30, 40