

УТВЕРЖДАЮ  
Главный метролог  
С.И.Кравец  
«03» мая 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение комплекта трубы печи для хроматографа модели PGC-2007  
установки Л-24/6

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Комплект трубы печи в составе хроматографа модели PGC -2007 предназначен для приема стандартной газовой дозы дизельного топлива, проведения химической реакции окисления ее при температуре 950°C и выдачи продуктов окисления в хроматографическую колонку. Комплект трубы печи устанавливается в хроматограф модели PGC-2007 взамен вышедшего из строя комплекта трубы печи.

Код заказа вышедшего из строя комплекта трубы печи 807K003-1

Код заказа приобретаемого комплекта трубы печи 807K003-1

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Тип продукта – газ
- Газ носитель – воздух КИП
- Рабочая температура - 950°C
- Материал – кварцевое стекло

Начальник цеха № 15

А.В. Григорьев

11014956 л. 220

  
V.B. Мишинов