

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный метролог  
*С.И. Кравец*  
«14» 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокatalитического сенсора для  
портативных газоанализаторов модели X-am 2000 лаборатории цеха №22

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокatalитический сенсор в составе портативного газоанализатора модели X-am 2000 предназначен для непрерывного определения содержания горючих газов в воздухе установок и звуковой сигнализации при достижении заданного значения порога срабатывания. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели X-am 2000 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 6812950.

Код заказа приобретаемого сенсора 6812950.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-50 % НКПР
- Измеряемая среда: воздух установки
- Время срабатывания ( $t_{90}$ ) менее 15 секунд
- Температурный диапазон -40 ... 50  $^{\circ}\text{C}$
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

~377149  
11014964 a 40,220