


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
 «14» 09 2015г.

А К Т 01674

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

08 сентября 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

Начальника цеха №15

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

Начальника участка ТСП

Начальника участка эксплуатации № 3 цеха №15

провела проверку технического состояния технических манометров с участка ТСП, присланных в цех №15 по заказу, и установила следующее:

А.Ю. Пачкалева

А.В. Григорьева

М.В. Балашова

С.С. Наседкина

С.В. Пашутин

	тип	№	шкала	дефект	заключение
1	МТИ	11894	10	Износ механизма	Списать
2	МТП-100	838790	1,6МПа	Износ механизма	Списать
3	МТП-160	1296314	4	Износ механизма	Списать
4	МП4-УУ2	8031	25	Износ механизма	Списать
5	МП-160	13122150	2,5	Износ механизма	Списать
6	МП-160	13122137	2,5	Износ механизма	Списать
7	МТП-100	339002	1,6МПа	Износ механизма	Списать
8	МПЗА-У	1203596	10	Износ механизма	Списать
9	МТ-100	12844	1,6МПа	Износ механизма	Списать
10	МПТИ-У2	042350	16	Износ механизма	Списать
11	МП4-УУ2	9542	25	Износ механизма	Списать

Условия эксплуатации: не соответствуют требованиям изготовителя (большая вибрация).

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации указанные манометры

Срок: _____




Отв. _____



2. Начальнику участка № 3 оформить заявку на закупку 11 штук новых аналогичных манометров с гидрозаполнением.

Срок: _____

Отв. _____

Подписи:

 А.Ю. Пачкалев
 А.В. Григорьев
 М.В. Балашов

 С.С. Наседкин
 С.В. Пашутин