

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

И.Н.Вахромов

« » 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ № 11014904/60

Техническое задание
на термостат суховоздушный ТВ-80-1 для ЭЦ ЦЗЛ.

- 1 Назначение:
 - 1.1 Поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры при проведении микробиологических исследований;
- 2 Технические характеристики термостата:
 - 2.1 Объем рабочей камеры, дм^3 , – 80;
 - 2.2 Диапазон регулируемых температур, $^{\circ}\text{C}$ – $t_{\text{окр.}}$ + (от 5 до +70);
 - 2.3 Время установления рабочего режима (при $t=37^{\circ}\text{C}$), ч, не более – 2;
 - 2.4 Дискретность задаваемой температуры, $^{\circ}\text{C}$ – 0,1;
 - 2.5 Род тока переменный, число фаз – 1;
 - 2.6 Потребляемая мощность, Вт, не более – 3000;
 - 2.7 Напряжение питания, В, – 220;
 - 2.8 Частота тока питающей сети, Гц – 50;
 - 2.9 Габаритные размеры термостата (Ш x Г x В), мм, не более- 510x531x738;
 - 2.10 Внутренние размеры рабочей камеры (Ш x Г x В), мм, не более- 394x394x490;
 - 2.10.1 Материал внутренней камеры и полок – нержавеющая сталь;
 - 2.11 Вес, не более, кг- 37;
 - 2.12 Время непрерывной работы, ч, не менее – 500;
- 3 Комплектация термостата:
 - 3.1 Термостат в базовой комплектации- 1 шт.;
 - 3.2 Количество полок – 2 шт.;
 - 3.3 Количество дверей – 2 шт.;
 - 3.4 Подставка под термостат – 1 шт.;
 - 3.5 Комплект ЗИП;
 - 3.6 Комплект эксплуатационной документации (на русском языке) – 1 компл.

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	<Наименование раздела 1>			
1.1	Соответствие техническому заданию	Техническое предложение	Да/Нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ
(должность)

(подпись)

Т.В.Копанкова

(ф.и.о.)
Е.Н. Кудрявцева

24.05 2018 г.
(дата)