

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

В. В. Дутинов

Н.Н.Вахромов

« » 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ № 11014904/30

Техническое задание на весы лабораторные электронные для лаборатории входного контроля и газовых анализов ЦЗЛ

1 Назначение:

Определение массы пробоотборников ПГО-50, ПГО-400 при выполнении анализа по ГОСТ 22985 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы.

2 Технические характеристики:

Выпускаются по ГОСТ Р 53228-2008

Наибольший предел взвешивания (НПВ): 5-6 кг.

Дискретность (цена деления): 0,1 г.

Тип калибровки: внешняя, по калибровочной гире

Размер платформы: не менее 145 x 145 мм, не более 300 x 300 мм.

Класс точности: II высокий.

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Масса весов не более 4 кг

3 Комплектация:

Весы лабораторные электронные

Блок питания

Гиря калибровочная (в соответствии с инструкции по эксплуатации на весы).

4. Комплект технической документации:

Паспорт и руководства по эксплуатации на весы на русском языке. Паспорт на гирю калибровочную.

5. Метрологическое обеспечение:

Весы должен быть поверены с признанием поверки на территории Российской Федерации и поставляться со свидетельством о поверке, свидетельством об утверждении типа СИ, описанием типа СИ и методикой поверки. Калибровочная гиря должна быть с сертификатом о калибровке.