

Запрос на разъяснение положений документации

Добрый день, просим дать разъяснения по технической части лота №1

- 1) Для Поз. 8 - Модуль электроники ISEM расходомера просим уточнить для какого типа расходомера запрашивается модуль, какой блок электроники.
- 2) Для поз. 10 - Сенсор XPD0012-O3 расходомера. нужно уточнить код заказываемой части. Невозможно заказать комбинацию опций О3 (см приложенный файл). Выбраны взаимоисключающие опции. Необходимо уточнить код расходомера для которого выбирается зап. часть. Если у расходомера предусмотрены встроенные датчики температуры в сенсор - это она опция, если нет , можно использовать другую.
- 3) Для поз.12 - Чип S-DAT расходомера PROWIRL 200 (XPD0013-A) требуется уточнение заводских номер приборов, куда планируется установка чипа, сможет ли заказчик предоставить данные номера.

Разъяснение на запрос.

- 1) Для Поз. 8 - Модуль электроники ISEM расходомера. Модуль электроники для расходомера Promass F300 зав. № R8077B02000.
- 2) Для поз. 10 - Сенсор XPD0012-O3 расходомера. Сенсор для расходомеров Prowirl O200 зав. № N92E6819000, № NA035619000.
- 3) Поз.12 - Чип S-DAT расходомера PROWIRL 200.
Чип S-DAT должен комплектно входить для сенсоров указанных в Лот 1 поз. 1, 2, т.к. это общая заказная TT1530452. В типовой заказной TT 1530452 чип S-DAT просто указан как отдельная позиция.