


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«19» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокаталитического сенсора горючих газов
для стационарных газоанализаторов дымовых газов
модели WDG-IVC установки ЭЛОУ-АТ-4

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокаталитический сенсор горючих газов в составе стационарного газоанализатора модели WDG-IVC предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания СО в дымовых газах печей установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели WDG-IVC взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 70986TE.

Код заказа приобретаемого сенсора 70986TE.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-2000 ppm
- Измеряемая среда: дымовые газы (углекислый газ)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014562-270 ~ 373222