

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Е.Н.Карасев

« 4 » 08 2017

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на электроискровой дефектоскоп для ЛТНидО.

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	Необходимые аксессуары (комплектность оборудования)			
	Дефектоскоп электроискровой			
1.1	Высоковольтный трансформатор- держатель ВТ1 с контрольным напряжением 0,8-7 кВ, с толщиной контролируемых покрытий 0,1-1,4 мм, с точность поддержания контрольного напряжения 2%, с блоком контроля, рабочим электродом, со встроенным аккумулятором общепромышленным для температурного диапазона -20 - + 45°С, с временем непрерывной работы- не менее 20ч, с штырем- заземлителем, проводом заземления с магнитом, термосумкой, ударопрочным чемоданом для транспортировки.	Техническое предложение	Да/нет	Да
	Необходимые аксессуары			
	дополнительный зазем- ляющий провод длиной не менее 20 м, штанга- удлинитель не менее 2 м			

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
2	Необходимая документация			
2.1	Калибровочный сертификат, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации на русском языке	Техническое предложение	Да/нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЛТНидО
(должность)

(подпись)

В.И. Зайцев
(ф.и.о.)

«13» 08 2017.
(дата)

И.Е. Тополов