


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец  
«14» 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение защитного модуля для стационарных газоанализаторов  
модели IR-700 установки АВТ-3

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Защитный модуль в составе стационарного газоанализатора модели IR-700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания взрывоопасного газа в воздухе установки. Модуль устанавливается в газоанализатор модели IR-700 взамен вышедшего из строя модуля.

Код заказа вышедшего из строя модуля 500-003087-100.

Код заказа приобретаемого модуля 500-003087-100.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Защита входных, выходных цепей
- Ограничение напряжения питания до уровня 30 VDC
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014364 п. 70