

УТВЕРЖДАЮ  
Главный метролог  
*С.И. Кравец*  
«03» *июля* 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение печи анализатора серы модели ANTEK 6200S  
установки УГОБ

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Печь в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначена для нагрева и термостатирования камеры окисления продуктов стандартной дозы дизельного топлива до температуры 1100°C. Печь устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшей из строя печи.

Код заказа вышедшей из строя печи 86046

Код заказа приобретаемой печи 86046

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Напряжение питания – переменное 220 В
- Температура термостатирования - 1100°C
- Материал – керамика
- Материал нагревательного элемента - нихром

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014964 п. 240