


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

« 14 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение пиролизной трубки для анализатора серы
модели ANTEK 6200S установки ЛЧ-24/7

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Пиролизная трубка в составе анализатора серы модели ANTEK 6200S предназначена для непрерывного определения и передачи в систему управления содержания серы в дизельном топливе. Пиролизная трубка устанавливается в анализатор серы модели ANTEK 6200S взамен вышедшей из строя пиролизной трубки.

Код заказа вышедшей из строя пиролизной трубки 69213.

Код заказа приобретаемой пиролизной трубки 69213.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Окружающая температура до 1100⁰С
- Материал – стекло
- Наружный диаметр трубки для присоединения 1/4 "

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев