


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

« 14 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокаталитического сенсора для
портативных газоанализаторов модели Ex 2000 лаборатории цеха №22

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокаталитический сенсор в составе портативного газоанализатора модели Ex 2000 предназначен для непрерывного определения содержания горючих газов в воздухе установок и звуковой сигнализации при достижении заданного значения порога срабатывания. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Ex 2000 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 6314003.

Код заказа приобретаемого сенсора 6314003.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-50 % НКПР
- Измеряемая среда: воздух установки
- Время срабатывания (t_{90}) менее 15 секунд
- Температурный диапазон -40 ... 50 °C
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

~ 377150

1014264 л. 50, 230