


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«14» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрода для стационарного гигрометра
модели Байкал-2ВМ установки ЛГ-35/11

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрод в составе стационарного гигрометра модели Байкал-2ВМ предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений содержащейся в технологическом газе влаги. Электрод устанавливается в гигрометр модели Байкал-2ВМ взамен вышедшего из строя электрода.


Код заказа вышедшего из строя электрода 5к5.184.112-01.

Код заказа приобретаемого электрода 5к5.184.112-01.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Длина электрода 100мм
- Материал электрода - стекло
- Тип чувствительного элемента – геликоидальная спираль
- Тип сорбента – пятиокись фосфора
- Диапазон измерений 0-1000 ppm

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

№ 343287
11014956 п. 10, 350