

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Е.Н. Карасев

« 20 »

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01О для ЛТНидО

Технические характеристики дифференциального манометра цифрового:

1. Диапазон измерений, Па (мм вод. ст.) 0...10000(0...1000)
2. Предел основной допускаемой абсолютной погрешности измерений - Δ , Па или мм вод. ст., не более
в диапазоне (0...500) или (0...50) ± 3 или $\pm 0,3$
в диапазоне (501...10000) или (50,1...1000) $\pm (1+0,005 P)$ или $\pm (0,1+0,005 P)$
где P – измеренное значение давления.
3. Предел допускаемой вариации показаний, Па или мм вод. ст., не более
предела основной абсолютной погрешности - Δ
4. Предел допускаемой дополнительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 5 °C от нормальной (20 \pm 5) °C, Па или мм вод. ст., не более
(1+0,001 P) или (0,1+0,001 P)
5. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па (мм вод. ст.)
1 (0,1)
6. Допустимая перегрузка по перепаду давления, Па (мм вод. ст.), не более
15000 (1500)
7. Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторной батареи, без подсветки дисплея, час, не менее
8
8. Время установления рабочего режима, с, не более
100
9. Потребляемая мощность, не более, ВА
0,5
10. Габаритные размеры, мм, не более
165×85×35
11. Масса в комплекте, кг, не более
1,0
12. Средний срок службы, лет, не менее
6

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	Необходимые аксессуары (комплектность оборудования)			
1.1	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-010, пластиковый кейс, аккумуляторная батарея – GP17R8H (Ni-MH, 8,4 В, 170 мАч) или аналог, зарядное устройство ZS 12V/100 или аналог, кожаный чехол	<i>Техническое предложение</i>	<i>Да/нет</i>	<i>Да</i>
2	Необходимая документация			
2.1	Калибровочный сертификат, сертификат средства измерения, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации	<i>Техническое предложение</i>	<i>Да/нет</i>	<i>Да</i>
3	Необходимое программное обеспечение			
3.1	Встроенное программное обеспечение с руководством по его работе	<i>Техническое предложение</i>	<i>Да/нет</i>	<i>Да</i>

Инициатор закупки

Начальник ЛТНидО
(должность)

(подпись)

А.В. Сонин

В.И. Зайцев
(ф.и.о.)

«06» 06 2016 г.
(дата)

Приложение 2. Форма Требований к контрагенту

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки


 Е.Н. Карасев
«___» _____ 20__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	Гарантийные обязательства			
1.1	Предоставление гарантии на дифференциальный манометр цифровой не менее 1 года	Техническое предложение	Да/нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЛТНидО
(должность)


(подпись)

А.В. Сонин
В.И. Зайцев
(ф.и.о.)

«06» 06 2016 г.
(дата)