

Приложение 2. Форма Требований к контрагенту

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Э.В.Дутлов

« » 2017 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

на мановакууметр ТМВ 5 к паровому стерилизатору для ЭЦ ЦЗЛ

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	<Наименование раздела 1>			
1.1	Официальный поставщик (дилер)	Техническое предложение	Да/Нет	Да
1.2	Гарантия качества поставляемых материалов	Техническое предложение	Да/Нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

(должность)

(подпись)

Копанскова Т.В.

(ф.и.о.)

« » 2017 г.

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма Требований к предмету закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки

Э.В.Дутлов

« » 2017 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Техническое задание

на мановакуумметр ТМВ 5 к паровому стерилизатору для ЭЦ ЦЗЛ

1 Назначение:

1.1 Мановакуумметр ТМВ 5 предназначен для контроля давления в стерилизационной камере и парогенераторе в паровом стерилизаторе СПГА-100.

2 Общие технические требования:

2.1 Диаметр, мм- 100;

2.2 Диапазон давления, МПа (bar)- от - 0,1 до 0,3 (-1÷3);

2.3 Класс точности – 1,5;

2.4 Резьба присоединительного штуцера – М20х1,5;

3 Комплектация:

3.1 Мановакуумметр – 3 шт.;

3.2 Комплект эксплуатационной документации (паспорт и РЭ).

4 Условия поставки:


4.1 В договоре поставки необходимо предусмотреть доставку на место эксплуатации.

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	<Наименование раздела 1>			
1.1	Соответствие техническому заданию	Техническое предложение	Да/Нет	Да

Инициатор закупки

Начальник ЦЗЛ

(должность)


(подпись)

Копанскова Т.В.

(ф.и.о.)

« » 2017 г.

(дата)